

CÂMARA
MUNICIPAL DE SANTARÉM

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM


Av. Dr. Anysio Chaves, 853, Aeroporto Velho, Santarém/PA – CEP
68030-290

GABINETE DO VEREADOR CARLOS SILVA – PSC

REQUERIMENTO Nº 490 / 2023

Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Vereadores.

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM
Aprovado em Unica Discussão
Por: unanimidade
Plenário: 013/03/23


CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM
Enf.ª Alba Leal
1ª Secretária

**REQUERER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-
SEMSA, ATRAVÉS DA SECRETÁRIA IRLANE FIGUEIRA À
AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: CARRO DE ANESTESIA
E MONITOR MULTIPARAMETRO, PARA O HOSPITAL
MUNICIPAL DE SANTARÉM- HMS/PSM.**

A Câmara Municipal de Santarém, vem através do **Vereador Carlos Silva - PSC**, fazendo uso das normas asseguradas pelo Regimento Interno desta casa Legislativa, **REQUER** junto à Secretaria Municipal de Saúde - **SEMSA**, através de sua secretária Irlane Figueira, que viabilize o pleito deste Parlamentar que ora solicita a demanda há seguir.

JUSTIFICATIVAS:

Nobres Parlamentares, venho através deste **Requerimento**, solicitar de vossas excelências que aprovem o referido pleito deste Parlamentar que subscreve, estive visitando o **Hospital Municipal de Santarém HMS/PSM**, na ocasião reuni com a diretora Greice Aguiar, que me repassou as emergências de equipamentos se suma importância para o bom funcionamento da unidade, como mostra o documento em anexo, , diante disso, como representante do povo, solicito da Secretaria Municipal de Saúde – **SEMSA**, a aquisição dos equipamentos: **CARRO DE ANESTESIA E MONITOR MULTIPARAMETRO**, para o **Hospital Municipal de Santarém HMS/PSM**, trazendo assim mais segurança, praticidade e resultados positivos para saúde da população santarena. (Documento em anexo).


CARLOS SILVA
VEREADOR- PSC


CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM
Carlos Silva
Vereador PSC



CÂMARA
MUNICIPAL DE SANTARÉM

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Av. Dr. Anysio Chaves, 853, Aeroporto Velho, Santarém/PA – CEP
68030-290

GABINETE DO VEREADOR CARLOS SILVA – PSC

Que a cópia do presente Requerimento seja dado conhecimento ao **Hospital Municipal de Santarém HMS/PSM**, e à quem mais possa eventualmente interessar, após isso não havendo a quem mais proceda que seja arquivado nos anais desta casa de Leis.

Sala das Sessões, do Plenário do Palácio Tapajós da Câmara Municipal de Vereadores do Município de Santarém Estado do Pará, _____ de Março de 2023.

CARLOS SILVA
VEREADOR- PSC

			MÁXIMO 6 MM; DIÂMETRO APROXIMADO DO CANAL DE TRABALHO: 2,2 MM; POSSUIR SEÇÃO FLEXIONÁVEL COM AS SEGUINTE MOVIMENTAÇÕES MÍNIMAS: ANGULAÇÃO PARA CIMA DE NO MÍNIMO 200° E PARA BAIXO DE NO MÍNIMO 90°; ANGULAÇÃO PARA ESQUERDA DE NO MÍNIMO 100° E PARA DIREITA DE NO MÍNIMO 100°. POSSUIR CONECTOR RESISTENTE À ÁGUA, QUE NÃO REQUEIRA TAMPA DE VEDAÇÃO; PERMITIR A OPERAÇÃO EM CONJUNTO COM UNIDADES ELETROCIÚRGICAS; PERMITIR A DESINFECÇÃO POR IMERSÃO EM SOLUÇÃO DESINFETANTE; POSSUIR NO MÍNIMO OS SEGUINTE ACESSÓRIOS: 02 (DUAS) PINÇAS DE BIÓPSIA AUTOCLAVÁVEL À ALTA TEMPERATURA (121°C OU 135°C); 02 (DUAS) ESCOVAS DE LIMPEZA; 01 (UM) ADAPTADOR PARA LIMPEZA DO CANAL, SE NECESSÁRIO. 01 (UMA) MALA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO	
06	INJETORA DE CONTRASTE	TOMOGRAFIA	INJETORA DE CONTRASTES DE ALTA PRESSÃO (325PSI) – SINOPOWER-S. INDICADO PARA O APRIMORAMENTO DA IMAGEM DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA; SERINGA ÚNICA PARA INFUSÃO DE MEIOS DE CONTRASTE, INDICADA PARA TOMÓGRAFOS ATÉ 16 CANAIS. TELA COLORIDA 7" TOUCH SCREEN, INTERFACE GRÁFICA PARA EXIBIÇÃO VISUAL E RESPOSTA EM TEMPO REAL A OPERAÇÃO, O QUE PROPORCIONA FACILIDADE NA OPERAÇÃO. A INTERFACE DE TRABALHO É INTUITIVA, DE FÁCIL MANUSEIO E EM PORTUGUÊS (BRASIL); PARADA AUTOMÁTICA DA INJEÇÃO AO EXCEDER A PRESSÃO LIMITE (50-325PSI), EXIBINDO UM AVISO NOS CONSOLES E DISPARANDO ALARME SONORO; VOLUME MÁXIMO DA SERINGA 200ML FLUXO DE INJEÇÃO 0,1 – 10ML/S.	01
07	CARRO DE ANESTESIA	CENTRO CIRÚRGICO	MODOS DE VENTILAÇÃO: PCV, PSV, SIMV-VC, SIMV-PC, PRVC, MANUAL E STANDBY. FLUXÔMETRO: MECÂNICO 1 VAPORIZADOR INCLUSO, POSSUI PRÉ-DISPOSIÇÃO PARA 2 GASES INCLUSOS: AR, O2 E N2O TELA DE: 8.4" OPCIONAIS: ACGO, BYPASS, CAPNOGRAFIA, BIS E AG. OUTROS MODELOS: AX-500, AX-600, AX-700, AX-800 E AX-900 TELAS COM: 10", 12" E 15" FLUXÔMETRO SEMI ELETRÔNICO E ELETRÔNICO.	05
08	MONITOR MULTIPARAMETRO	ESTABILIZAÇÃO/ CENTRO CIRÚRGICO/ UTI	PARÂMETROS BÁSICOS: ECG, OXIMETRIA, PRESSÃO NÃO INVASIVA, TEMPERATURA, RESPIRAÇÃO E CAPNOGRAFIA. PARÂMETROS OPCIONAIS: DUPLA PRESSÃO INVASIVA, OXIMETRIA MASIMO, ANÁLISE DE GASES ANESTÉSICOS, BIS, TNM, DÉBITO CARDÍACO E SENSOR DE CAPNOGRAFIA MAINSTREAM E SIDESTREAM. TELA COM: 12"	27
09	BOMBA DIFUSÃO	ESTABILIZAÇÃO/ CENTRO CIRÚRGICO/ UTI	BOMBA INFUSORA PARA MEDICAÇÃO E NUTRIÇÃO PARENTERAL; POSSUI 7 MODOS DE INFUSÃO: TAXA, GOTA, TEMPO, PESO, MICRO, SEQUENCIAL E GRADIENTE; 12 NÍVEIS DE LIMITE DE PRESSÃO; BIVOLT, INJEÇÃO DE BOLUS, ALARMES, WI-FI, FUNÇÃO KVO, MODO NOTURNO, SENSOR DE GOTEJAMENTO E SISTEMA DE ILUMINAÇÃO INTERNO, O QUE PERMITE O MANUSEIO DO EQUIPO DURANTE OPERAÇÃO NOTURNA; TELA TFT LCD DE 3,5", SENSÍVEL AO TOQUE COM INTERFACE EM PORTUGUÊS.	75
10	CARRO DE PCR – PARADA	ESTABILIZAÇÃO/ CENTRO CIRÚRGICO/ UTI/CLINICA MÉDICA/ TOMOGRAFO/ PEDIATRIA	GABINETE CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO COM BORDAS ARREDONDADAS; ACABAMENTO EM DECAPAGEM, JATEAMENTO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM SECAGEM EM ESTUFA; PROTEÇÃO EM PVC CONTRA IMPACTOS LATERAIS E FRONTAIS; POSSUI CINCO GAVETAS DOTADAS DE GUIAS DESLIZANTES TELESCÓPICAS; SISTEMA DE TRAVAMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL DAS CINCO GAVETAS; PRIMEIRA GAVETA EQUIPADA COM DIVISÓRIAS MODULARES PARA MEDICAMENTOS; TRÊS GAVETAS LIVRES COM DIMENSÕES IGUAIS PARA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DIVERSOS; QUINTA GAVETA COM MAIORES DIMENSÕES PARA APARELHOS E UTENSÍLIOS DE MAIOR PORTE; EQUIPADO COM 4 RODÍZIOS DE 4 POLEGADAS COM BANDA DE RODAGEM DUPLA E SISTEMA DE TRAVAMENTO; DISPÕE DE MESA EM FIBERGLASS COM ANTEPAROS LATERAIS PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS; DISPÕE DE PRATELEIRA EM FIBERGLASS PARA SUPORTE DE MONITOR E DESFIBRILADOR; DISPÕE DE TÁBUA PARA MASSAGEM CARDÍACA CONFECCIONADA EM PEAD BRANCO; EQUIPADO COM SUPORTE PARA SORO EM AÇO INOXIDÁVEL COM ALTURA REGULÁVEL;	06